

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr 012/2011

Niniejszym deklaruje, że wyrób:

Identyfikacja wyrobu:

Komora pomiarowa

(nazwa)

Typ:

SG-X/YZ

spełnia zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Dyrektywie 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. Dz.U. Nr 263, poz. 2203).

Wyrób posiada certyfikat badania typu WE wydany przez:

Główny Instytut Górnictwa

Jednostka Notyfikowana nr 1453

Zespół Certyfikacji Wyrobów KD „Barbara” ul. Podleska 72 43-190 Mikołów

Numer certyfikatu badania typu WE: **KDB 06ATEX426 z dn. 29.12.2006**

Uzupełnienie nr 01 z dn. 15.01.2010

Uzupełnienie nr 02 z dn. 12.10.2011

Powiadomienie o zapewnieniu jakości nr: **GIG 11 ATEXQ 036**

Oznaczenie urządzenia lub systemu ochronnego:



I M1 Ex ia I

II 2G Ex ia II (CH₄)

IP 54

Normy zharmonizowane:

PN-EN 60079-0:2009; (EN 60079-0:2006)

PN-EN 60079-11:2010; (EN 60079-11:2007)

PN-EN 50303:2004; (EN 50303:2002)

Dokumentacja atestacyjna nr 1/11/06 - 2

Szczególne warunki stosowania: **Nie ma**

Wyniki oceny i badań wyszczególnione w sprawozdaniu: **KDB nr 06.273 [T-5916]; KDB nr 06.273/1 [T-5916]; KDB Nr 06.273-2 [T-5916]**

Tychy, dnia 14.10.2011

Z.B.P. SENSOR GAZ

Andrzej Rejowicz

43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 55
Regon 072922960, NIP: 638-108-77-21

Andrzej Rejowicz

Imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej